

ラブテック パソコン心電計 Balaton

集団リハビリテーションシステム

EC-12RS



株式会社 グッドケア

関連装置



肺運動負荷
モニタリングシステム
Cplex-1

医療機器認証番号：21BAIBZX00070000
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者：インターリハ株式会社

「ガス輸送時間自動補償機構」の開発・採用で、
高精度の計測値管理を実現



肺運動負荷
モニタリングシステム
エアロモニタ

医療機器認証番号：219AGBZX00095000
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者：ミナト医科学株式会社

熱線流量計を使用した
プレス・バイ・プレス呼吸代謝測定法



エルゴメーター
エルゴセレクト 50P/200

エルゴセレクト 50P
医療機器認証番号：13B2X00181ERSL20
エルゴセレクト 200
医療機器認証番号：13B2X00181ERSL20

管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者：インターリハ株式会社

人間工学に基づいたデザイン、
幅広い負荷制御範囲（6-999Watts）、
精度において他社メーカーの追随を許さない



運動負荷試験用
エルゴメーター
ストレングスエルゴ 8

医療機器認証番号：21900BZX00988000
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者：三菱電機エンジニアリング株式会社

無駄な負荷をかけずに 0W からスムーズに
上昇させるスムーズスタート機能



トレッドミル
オートランナー
AR-100

医療機器認証番号：219AGBZX00095000
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者：ミナト医科学株式会社

運動プログラミングや
測定分析などを備えた
理想のランニング・システム



トレッドミル
マーキュリー

医療機器認証番号：219AGBZX00095000
管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売業者：インターリハ株式会社

安全・安定・パワフルで定評のトレッドミル。

■仕様

- 入力インピーダンス：2MΩ以上 ●周波数特性：0.05-150Hz ●サンプリング周波数：1,000Hz ●デジタルビット数：16ビット ●血圧：コルトコフ音
- 血圧測定：30～260mmHg ●フィルター機能：交流、筋電図、基線 ●PC 接続：無線規格 (Bluetooth) ●電源：2.4V(1.2V 充電乾電池 2 本)

■装置規格

- 安全性：クラス BF 型 ●寸法：約幅 70× 高 125× 奥行 38(mm) ●質量：200g

■パソコン仕様

- OS：WindowsVista / Windows7 / Windows8 / Windows8.1 ●CPU：2GHz 以上 ●RAM：2GB 以上

■診療報酬点数

D208	心電図検査		H000	心大血管リハビリテーション料 (I)(1 単位)	205 点
D208	1. 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12 誘導	130 点	H000	心大血管リハビリテーション料 (II)(1 単位)	105 点
D208	5. その他 (6 誘導以上)	90 点	H000	早期リハビリテーション加算 (～ 30 日)	30 点
D209	負荷心電図検査		H000	初期加算 (～ 14 日)	45 点
D209	1. 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12 誘導	320 点			
D209	2. その他 (6 誘導以上)	190 点			
D211	トレッドミルによる負荷心肺機能検査	800 点			
D211	サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査	800 点			
D220	呼吸心拍監視				
D220	1.1 時間以内又は 1 時間につき	50 点			

医療機器承認番号 22200BZX00600000

Goodcare

販 売 名 ラブテック パソコン 血圧心電計

販 売 株式会社 グッドケア

〒460-0026 名古屋市中区伊勢山1-1-1伊勢山ビル7B
TEL 052-322-0627 FAX 052-322-0640
E-mail:info@goodcare.jp

製造販売業者 メディカルテクニカ有限会社

〒340-0023 埼玉県草加市谷塚町78-2
TEL 048-928-0168

外国製造業者 LABTECH Ltd. Hungary